

「非接触型水位計(HF-12A2)」仕様書

株式会社日高システム

センサー	種類	赤外線距離センサー
	レンジ（測定距離）	0.1～12m
	精度	± 5cm(0.1～5m), ± 1%（5～12m） 反射率 90%の時
	表示単位	cm
	分解能	1cm
	防滴対策	センサー面には、防滴フィルムが貼ってあります。取り除かないで下さい。
	水滴流下対策	センサー側面には、水滴流下用の PET 板が貼ってあります。取り除かないで下さい。
液晶ディスプレイ（8字×2行）		1行目：測定距離（テストモード時：「テスト」表示） 2行目：時間（HH:MM:SS）
スイッチ	起動（内部）	電源の ON/OFF 切替用
	モード切替（外部）	運転(5分毎),テスト(約2～3秒毎)の切替用
記録	媒体	MicroSD カード（4GB～32GB のみ対応） ※SDXC メモリーは不可。
	形式	Csv 形式（下水 02_XXX.csv）※xxx：ID 番号（3桁）
	内容	1行目：日付、時間、ID 号水位（項目名） 2行目以降：YY/MM/DD，HH:MM:SS，XXX（測定データ）
	保存可能期間	運転モード：2週間。 ※社内テスト(リチウム電池)、約200mでは、運転モード：約2ヶ月
駆動電源		単3リチウム電池×4 又は 単3アルカリ電池×4 ※同種類の電池をご利用下さい
その他	防水性	IP65(BOX 本体) ※センサー及びケーブルは含まず
	時計用電池	ボタン電池(CR1220)
	センサー固定	センサー固定用ボールヘッド（回転式調整/調整ノブで固定）
	取付金具	BOX 本体設置用蟹バサミ付きマジックアーム (アーム部：回転式調整/調整ノブで固定) (蟹バサミ部：クランプ調整/調整レバーで固定)